

## 平成22年度 岐阜県臨床検査技師会標準化結果一覧表の誤りについて

標記調査の結果一覧表の基幹施設平均に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。  
参加施設の担当者様にご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。

なお、他の評価や SDI には影響ありません。また、試料 No.2 の TG の平均値には全体と基幹施設で有意差を認めました ( $P < 0.05$ ) ので報告いたします。

項 目 名			全体平均	基幹施設平均	全体平均	基幹施設平均
項目	単位 (小数点以下桁数)		試料No.1		試料No.2	
AST	IU/ℓ	0	22.4	22.8	87.6	88.5
ALT	IU/ℓ	0	14.5	14.3	61.3	61.0
ALP	IU/ℓ	0	247.0	250.2	615.4	625.7
LD	IU/ℓ	0	158.4	158.8	280.2	280.8
CK	IU/ℓ	0	78.0	78.5	466.2	469.5
γ-GT	IU/ℓ	0	32.5	32.0	138.1	138.3
AMY	IU/ℓ	0	91.3	90.3	103.3	103.3
ChE	IU/ℓ	0	247.8	248.0	183.1	183.5
BUN	mg/dℓ	1	16.43	16.33	52.96	53.28
UA	mg/dℓ	1	5.15	5.13	15.04	14.98
CRE	mg/dℓ	2	0.846	0.830	5.633	5.615
IP	mg/dℓ	1	2.72	2.73	3.28	3.30
Ca	mg/dℓ	1	7.06	6.93	12.90	12.85
T-CHO	mg/dℓ	0	147.3	148.3	138.5	138.3
TG	mg/dℓ	0	68.8	66.5	76.2	73.5
HDL	mg/dℓ	0	49.7	49.0	38.0	37.0
LDL	mg/dℓ	0	85.2	86.3	83.2	84.0
Fe	μg/dℓ	0	81.9	80.8	224.1	221.3
TP	g/dℓ	1	6.61	6.73	5.87	5.95
ALB	g/dℓ	1	3.82	3.88	3.04	3.10
GLU	mg/dℓ	0	113.6	113.8	255.3	254.0
T-BIL	mg/dℓ	2	0.502	0.463	4.929	4.828
D-BIL	mg/dℓ	2	0.146	0.175	3.719	3.640
Na	mEq/ℓ	0	142.8	143.0	133.8	133.8
K	mEq/ℓ	1	4.40	4.40	4.95	4.98
Cl	mEq/ℓ	0	106.0	105.8	103.2	103.0
CRP	mg/dℓ	2	0.903	0.900	3.826	3.790